Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**
Association **pour le contrôle de Qualité médical**
Associazione **per il controllo di qualità medico**

Mode d'emploi pour la pipette à piston

- Mettre l'embout de la pipette
- Appuyer sur le bouton pressoir jusqu'à **la première butée** et le maintenir enfoncé
- Plonger la pointe de la pipette en **position verticale** environ 3mm dans le liquide
- Laisser revenir le bouton pressoir lentement dans sa position initiale
- Enlever la pipette du tube à essai et contrôler visuellement le volume dans l'embout. (la quantité est-elle correcte? Y a-t-il des bulles d'air?)
- Essuyer le côté extérieur de la pointe de la pipette doucement avec un tampon.
- Appuyer la pointe de la pipette de manière oblique sur la paroi du tube et enfoncer le bouton pressoir jusqu'à la deuxième butée, le maintenir dans cette position.
- Retirer la pipette du tube et ensuite seulement relâcher le bouton.



Remarque importante:

- Tenir la pipette avec l'embout une fois rempli toujours en position verticale
- En essuyant l'embout rempli de liquide, il faut éviter d'absorber du liquide contenu dans l'embout.
- N'utiliser l'embout de la pipette qu'une seule fois! Ne jamais placer la pipette avec son embout sur la paillasse en position horizontale!

MQ Institut für Klinische Chemie
Universitätsspital Zürich CH-8091 Zürich

Telefon 044 255 34 11 Fax 044 261 12 83
www.mqzh.ch · info@mqzh.ch